



Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego



CARITAS
DIECEZJI OPOLSKIEJ



Program Rozwoju
Organizacji
Obywatelskich
na lata 2018–2030

PROO

Pytania dotyczą:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2019

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy aparatów do terapii skojarzonej (elektroterapia i ultradźwięki, 33 szt.) niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia pt.

Poprawa dostępności do stanowisk usprawniania leczniczego i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie 34 gabinetów rehabilitacyjnych Caritas Diecezji Opolskiej w nowoczesny sprzęt medyczny

1. Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyłącznika pacjenta (do wstrzymywania zabiegu w przypadku złego samopoczucia/dyskomfortu)? Wyłącznik taki jest całkowicie zbędny w przypadku zabiegów elektroterapii i ultradźwięków, ponieważ oba zabiegi nie stanowią w trakcie swojej realizacji żadnego zagrożenia dla samopoczucia czy zdrowia pacjenta. Zabieg ultradźwięków jest wykonywany w obecności terapeuty, a zabieg elektroterapii wraz z upływem czasu zabiegu będzie wręcz obniżał swoje oddziaływanie względem początkowego stanu pobudzenia niż je podwyższał.

ODP. ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI APARAT BEZ WYŁĄCZNIKA PACJENTA (DO WSTRZYMIWANIA ZABIEGU W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA/DYSKOMFORTU), POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH PARAMETRÓW OKREŚLONYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM.