



Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego



CARITAS
DIECEZJI OPOLSKIEJ



Program Rozwoju
Organizacji
Obywatelskich
na lata 2018–2030

PROO

załącznik nr 1 do umowy nr 1/10/2020 z dnia 14.10.2020 r.

Opis przedmiotu umowy stanowiący uszczegółowienie zapisów §1 w/w umowy.

Zawarta umowa obejmuje dostawę sprzętu medycznego o określonych w zapytaniu ofertowym nr 1/10/2020 z dn. 14.10.2020 parametrach i funkcjonalności. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż określonych w opisie przedmiotu zamówienia na potrzeby realizowanego przez **Caritas Diecezji Opolskiej** przedsięwzięcia pt. „Poprawa dostępności do stanowisk usprawniania leczniczego i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie 34 gabinetów rehabilitacyjnych Caritas Diecezji Opolskiej w nowoczesny sprzęt medyczny”.

Szyna CPM do terapii stawu biodrowego, kolanowego i skokowego (15 szt.):

- terapia ciągła ruchem biernym stawu biodrowego, kolanowego i skokowego
- dwa niezależne, w pełni kompatybilne ze sobą źródła sterowania/ustawiania wszystkich dostępnych parametrów terapii, z przyciskiem włączającym i wyłączającym/ uruchamiającym i zatrzymującym urządzenie oraz przyciskami wielofunkcyjnymi tj. jednostka sterująca w urządzeniu plus przewodowy pilot sterujący z przyciskami i ekranem
- możliwość odłączenia pilota sterującego od urządzenia
- możliwość zmiany wszystkich parametrów w trakcie terapii
- programy automatyczne zapisane w pamięci urządzenia
- możliwość zapisania własnych programów terapii w pamięci urządzenia
- możliwość regulacji długości poszczególnych segmentów/modułów szyny
- urządzenie w zestawie z podkładkami/podparciami pacjenta i podstawką na stopy (modułem stawu skokowego) oraz torbą transportową
- podparcia dla ud, łydek i podstawka na stopy wykonane z miękkiego, nieprzemakalnego i niewchłaniającego płynów materiału, z właściwym atestem higienicznym dla części mających bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta, z możliwością czyszczenia i dezynfekcji za pomocą środków zawierających alkohol
- możliwość regulacji ustawienia podstawki stopy (obrotu, przesunięcia góra/dół, kąta nachylenia)
- czujnik kąta wraz z przewodem
- pasy zabezpieczające stopę na podstawce
- możliwość regulacji wysokości podparcia łydki
- możliwość regulacji podparcia uda
- blokada regulacji długości kości piszczelowej i udowej
- nadrukowana na urządzeniu skala (w centymetrach) ułatwiająca dostosowanie długości segmentu do długości kości piszczelowej i kości udowej
- wykorzystanie urządzenia dla lewej/prawej nogi bez konieczności zmian ustawień/przebudowy urządzenia
- obciążenie nominalne: 18 kg (+/- 2 kg)
- maksymalna waga pacjenta: 130 kg (+/- 5 kg)
- wzrost pacjenta: 120-220 cm (+/- 10 cm)
- limit wyprostowania stawu biodrowego: 0°
- limit zgięcia stawu biodrowego: 115°



Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego



CARITAS
DIECEZJI OPOLSKIEJ



Program Rozwoju
Organizacji
Obywatelskich
na lata 2018–2030

PROO

- limit wyprostowania stawu kolanowego: 0°
- limit zgięcia stawu kolanowego: 120°
- limit zgięcia podszwawego stawu skokowego: 40°
- limit zgięcia grzbietowego stawu skokowego: 25°
- czas terapii: max. 60 minut (+/- 1 min); odstępy co minutę
- przerwa w wyproście: min. 0 do 300 sek., w odstępach co sekundę
- przerwa w zgięciu: min. 0 do 300 sek., w odstępach co sekundę
- długość całej kończyny dolnej: 58-110 cm
- długość kości piszczelowej: 23-55 cm
- długość kości udowej: 35-55 cm
- funkcja rozgrzewki
- zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50-60 Hz, przewodem bezpośrednim, bez stosowania dodatkowych zasilaczy
- klasa ochronności elektrycznej: II
- znak CE
- przewód zasilający, przewód pilota sterującego
- gwarancja: minimum 24 miesiące, serwis na miejscu lub wysyłka na koszt serwisu
- bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji
- wypełniony i podpisany paszport techniczny urządzenia medycznego
- instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji papierowej)
- torba transportowa na kółkach

Zamawiający

Dostawca